

# PRODUCT INFORMATION AND MANUAL

## **human IL-2 Instant ELISA**

**REF** **BMS221INSTCE**

**IVD**

Enzyme-linked immunosorbent assay for quantitative  
detection of human IL-2.

For in vitro diagnostic use.

Not for therapeutic procedures.

▽ 128 Tests

**CE**

**human IL-2  
BMS221INSTCE**



Bender MedSystems GmbH  
Campus Vienna Biocenter 2  
A-1030 Vienna, Austria, Europe

## TABLE OF CONTENTS

1	Intended Use	4
2	Summary	4
3	Principles of the Test	6
4	Reagents Provided	7
5	Storage Instructions	7
6	Specimen Collection	8
7	Materials Required But Not Provided	9
8	Precautions for Use	10
9	Preparation of Reagents and Samples	12
10	Test Protocol	13
11	Calculation of Results	17
12	Limitations	20
13	Performance Characteristics	21
14	Bibliography	26
15	Ordering Information	27
16	Reagent Preparation Summary	28
17	Test Protocol Summary	29
	<b>PRODUKTINFORMATION UND HANDBUCH (Deutsch)</b>	<b>31</b>
1	Mitgelieferte Reagenzien	31
2	Sicherheitsvorkehrungen für den Gebrauch	32
3	Lagerhinweise	33
4	Vorbereitung der Reagenzien	34
5	Testprotokoll	35
	<b>INFORMACIÓN Y MANUAL DEL PRODUCTO (Español)</b>	<b>38</b>
1	Reactivos Suministrados	38
2	Instrucciones de Conservación	39
3	Preparación de los Reactivos	40
4	Protocolo de Ensayo	41
	<b>INFORMATIONS SUR LE PRODUIT ET MANUEL (Français)</b>	<b>44</b>
1	Réactifs Fournis	44
2	Préparation des Réactifs	45

3	Protocolle de Test	46
	<b>INFORMAZIONI SUL PRODOTTO E MANUALE (italiano)</b>	<b>49</b>
1	Reagenti Forniti	49
2	Istruzioni di Conservazione	50
3	Preparazione Dei Reagenti	51
4	Procedura del Test	52

## 1 Intended Use

The human IL-2 Instant ELISA is an enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative detection of human Interleukin-2 in cell culture supernatants, human serum, plasma, urine, synovial fluid, amniotic fluid or other body fluids. The human IL-2 Instant ELISA is **for in vitro diagnostic use. Not for use in therapeutic procedures.**

## 2 Summary

Interleukin-2 (IL-2) plays a central role in the activation and proliferation of lymphocytes that have been primed by antigens (14). IL-2 plays a pivotal role in for the expansion of most T-cells, natural killer cells and B-cells during certain phases of their response.

IL-2 is a 15 kDa glycoprotein encoded by a single gene located in the q26-28 region of human chromosome 4 (11, 15). The cDNA deduced polypeptide consists of 153 amino acids (5, 16).

IL-2 gene expression is regulated at the transcriptional level by several activation pathways. Antigen-specific proliferation of helper and cytotoxic T-lymphocytes following stimulation is critically dependent on IL-2 expression, secretion, and binding to receptors for IL-2 induced in an autocrine fashion on the surface of T-cells (12).

Apart from its most important role to mediate antigen-specific T-lymphocyte proliferation (18), IL-2 modulates the expression of interferon- $\gamma$  (10) and major histocompatibility antigens (3), stimulates proliferation and differentiation of activated B-cells (17), augments natural killer cell activity (4) and inhibits granulocyte-macrophage colony formation (8).

Alterations in the ability of T-cells to synthesize IL-2 have been observed in physiologic and pathologic states.

Because of the central role of IL-2 in immune response, IL-2 turned out to be a very important molecule for diagnostic and therapeutic implications.

IL-2 displays antitumoral effects, thus being used in cancer therapy (18).

Monitoring of IL-2 levels in serum provides more detailed insights in several pathological situations such as cancer (13), infectious diseases (13), transplant rejection (1, 6), multiple sclerosis (2), rheumatoid arthritis (9), systemic lupus erythematosus (7) and type I diabetes.

### 3 Principles of the Test

An anti-human IL-2 monoclonal coating antibody is adsorbed onto microwells. Human IL-2 present in the sample or standard binds to antibodies adsorbed to the microwells; a biotin-conjugated polyclonal anti-human IL-2 antibody binds to human IL-2 captured by the first antibody. Streptavidin-HRP binds to the biotin conjugated anti-human IL-2.

Following incubation unbound biotin conjugated anti human IL-2 and Streptavidin-HRP is removed during a wash step, and substrate solution reactive with HRP is added to the wells.

A coloured product is formed in proportion to the amount of soluble human IL-2 present in the sample. The reaction is terminated by addition of acid and absorbance is measured at 450 nm. A standard curve is prepared from seven human IL-2 standard dilutions and human IL-2 sample concentration determined.

Figure 1




Figure 2





Figure 3



#### 4 Reagents Provided

- 1 aluminium pouch with a **Microwell Plate coated with monoclonal Antibody** (murine) to human IL-2, **Biotin-Conjugate** (anti-IL-2 polyclonal antibody), Sample Diluent and **Streptavidin-HRP**, lyophilized
- 2 aluminium pouches with a **human IL-2 Standard curve (coloured)**
- 1 bottle (25 ml) **Wash Buffer Concentrate 20x** (phosphate-buffered saline with 1% Tween 20)
- 1 vial (15 ml) **Substrate Solution** (tetramethyl-benzidine)
- 1 1 vial (12 ml) **Sample Diluent** (Use when an external predilution of the samples is needed)
- 1 vial (15 ml) **Stop Solution** (1M Phosphoric acid)
- 1 vial lyophilized **Control low**
- 1 vial lyophilized **Control high**
- 2 adhesive **Plate Covers**

#### 5 Storage Instructions

Store ELISA plate, Standard curves and controls or whole kit at -20 °C. The plate, the standard curves and the controls can also be removed, stored at -20 °C, remaining kit reagents can be stored between 2 ° and 8 °C. Expiry of the kit and reagents is stated on labels.

The expiry of the kit components can only be guaranteed if the components are stored properly, and if, in case of repeated use of one component, the reagent is not contaminated by the first handling.

## 6 Specimen Collection

Cell culture supernatants, human serum, plasma, urine, synovial fluid, amniotic fluid or other body fluids are suitable for use in the assay. Remove the serum or plasma from the clot or red cells as soon as possible after clotting and separation.

Samples containing a visible precipitate must be clarified prior to use in the assay. Do not use grossly hemolyzed or lipemic specimens.

Samples must be stored frozen at  $-20^{\circ}\text{C}$  to avoid loss of bioactive human IL-2. If samples are to be run within 24 hours, they may be stored at  $2^{\circ}$  to  $8^{\circ}\text{C}$  (for sample stability refer to 13).

Avoid repeated freeze-thaw cycles. Prior to assay, frozen serum or plasma should be brought to room temperature slowly and mixed gently.

## 7 Materials Required But Not Provided

- 5 ml and 10 ml graduated pipettes
- 5  $\mu$ l to 1000  $\mu$ l adjustable single channel micropipettes with disposable tips
- 50  $\mu$ l to 300  $\mu$ l adjustable multichannel micropipette with disposable tips
- Multichannel micropipette reservoir
- Beakers, flasks, cylinders necessary for preparation of reagents
- Device for delivery of wash solution (multichannel wash bottle or automatic wash system)
- Microwell strip reader capable of reading at 450 nm (620 nm as optional reference wave length)
- Glass-distilled or deionized water
- Statistical calculator with program to perform linear regression analysis

## 8 Precautions for Use

- All chemicals should be considered as potentially hazardous. We therefore recommend that this product is handled only by those persons who have been trained in laboratory techniques and that it is used in accordance with the principles of good laboratory practice. Wear suitable protective clothing such as laboratory overalls, safety glasses and gloves. Care should be taken to avoid contact with skin or eyes. In the case of contact with skin or eyes wash immediately with water. See material safety data sheet(s) and/or safety statements(s) for specific advice.
- Reagents are intended for in vitro diagnostic use and are not for use in therapeutic procedures.
- Do not mix or substitute reagents with those from other lots or other sources.
- Do not use kit reagents beyond expiration date on label.
- Do not expose kit reagents to strong light during storage or incubation.
- Do not pipette by mouth.
- Do not eat or smoke in areas where kit reagents or samples are handled.
- Avoid contact of skin or mucous membranes with kit reagents or specimens.
- Rubber or disposable latex gloves should be worn while handling kit reagents or specimens.
- Avoid contact of substrate solution with oxidizing agents and metal.
- Avoid splashing or generation of aerosols.
- In order to avoid microbial contamination or cross-contamination of reagents or specimens which may invalidate the test use disposable pipette tips and/or pipettes.
- Use clean, dedicated reagent trays for dispensing substrate reagent.

- Glass-distilled water or deionized water must be used for reagent preparation.
- Substrate solution must be at room temperature prior to use.
- Decontaminate and dispose specimens and all potentially contaminated materials as they could contain infectious agents. The preferred method of decontamination is autoclaving for a minimum of 1 hour at 121.5°C.
- Liquid wastes not containing acid and neutralized waste may be mixed with sodium hypochlorite in volumes such that the final mixture contains 1.0% sodium hypochlorite. Allow 30 minutes for effective decontamination. Liquid waste containing acid must be neutralized prior to the addition of sodium hypochlorite.

## **9 Preparation of Reagents and Samples**

### **9.1 Wash Buffer**

If crystals have formed in the Wash Buffer Concentrate, warm it gently until they have completely dissolved.

Pour entire contents (25 ml) of the Wash Buffer Concentrate into a clean 500 ml graduated cylinder. Bring to final volume to 500 ml with glass-distilled or deionized water. Mix gently to avoid foaming. The pH of the final solution should adjust to 7.4.

Transfer to a clean wash bottle and store at 2° to 25°C. Please note that Wash Buffer is stable for 30 days.

### **9.2 Controls**

Solubilize by adding 800 µl distilled water to lyophilized controls. Swirl or mix gently to ensure complete and homogeneous solubilization. Further treat the controls like your samples in the assay. For control range please refer to certificate of analysis or vial label. Store reconstituted controls aliquoted at -20°C. Avoid repeated freeze and thaw cycles

## 10 Test Protocol

- **Use plate immediately after removal from -20°C!**
  - **Do not wait until pellets have completely dissolved before applying samples - the binding reaction in the standard strips starts immediately after addition of water!**
  - **Do not try to dissolve pellets by pipetting up and down in the wells - some parts of the pellet could stick to the tip creating high variation of results**
  - **Perform the washing step with at least 400 µl of washing buffer as stated in the manual or fill the wells completely - otherwise any pellet residues sticking to the rim of the well will not be removed and create high variation of results**
  - **Allow the washing buffer to sit in the wells for a few seconds before aspiration**
  - **Remove covers of the standard strips carefully in order that all the lyophilised pellets remain in the wells**
- a. Determine the number of Microwell Strips required to test the desired number of samples plus Microwell Strips for blanks and standards (coloured). Each sample, standard, blank, and optional control sample should be assayed in duplicate. Remove extra Microwell Strips from holder and store in foil bag with the desiccant provided at -20°C sealed tightly. Place microwell strips containing the standard curve in position A1/A2 to H1/H2 (see Table 1).
  - b. Add 100 µl of distilled water to the sample wells.
  - c. Add distilled water to all standard and blank wells as indicated on the label of the standard strips (A1, A2 to H1, H2).

Table 1

Table depicting an example of the arrangement of blanks, standards and samples in the microwell strips:

	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>A</b>	Standard 1 (1200 pg/ml)	Standard 1 (1200 pg/ml)	Sample 1	Sample 1
<b>B</b>	Standard 2 (600 pg/ml)	Standard 2 (600 pg/ml)	Sample 2	Sample 2
<b>C</b>	Standard 3 (300 pg/ml)	Standard 3 (300 pg/ml)	Sample 3	Sample 3
<b>D</b>	Standard 4 (150 pg/ml)	Standard 4 (150 pg/ml)	Sample 4	Sample 4
<b>E</b>	Standard 5 (75 pg/ml)	Standard 5 (75 pg/ml)	Sample 5	Sample 5
<b>F</b>	Standard 6 (38 pg/ml)	Standard 6 (38 pg/ml)	Sample 6	Sample 6
<b>G</b>	Standard 7 (19 pg/ml)	Standard 7 (19 pg/ml)	Sample 7	Sample 7
<b>H</b>	Blank	Blank	Sample 8	Sample 8

- d. Add 50 µl of each **Sample**, in duplicate, to the designated wells and mix the contents.
- e. Cover with a **Plate Cover** and incubate at room temperature (18°C to 25°C) for 3 hours, if available on a microplate shaker at 200 rpm.
- f. Remove **Plate Cover** and empty wells. Wash the microwell strips 6 times with approximately 400 µl Wash Buffer per well with thorough aspiration of microwell contents between washes. Take care not to scratch the surface of the microwells.

After the last wash, tap microwell strips on absorbent pad or paper towel to remove excess Wash Buffer. Use the microwell strips immediately after washing or place upside down on a wet absorbent paper for no longer than 15 minutes. Do not allow wells to dry.

- g. Pipette 100 µl of **TMB Substrate Solution** to all wells, including the blank wells.
- h. Incubate the microwell strips at room temperature (18° to 25°C) for about 10 minutes. Avoid direct exposure to intense light.

**The colour development on the plate should be monitored and the substrate reaction stopped (see point i. of this protocol) before positive wells are no longer properly recordable.**

It is recommended to add the stop solution when the highest standard has developed a dark blue colour.

Alternatively the colour development can be monitored by the ELISA reader at 620 nm. The substrate reaction should be stopped as soon as the standard 1 has reached an OD of 0.6 – 0.65.

- i. Stop the enzyme reaction by quickly pipetting 100 µl of **Stop Solution** into each well, including the blank wells. It is important that the Stop Solution is spread quickly and uniformly throughout the microwells to completely inactivate the enzyme. Results must be read immediately after the Stop Solution is added or within one hour if the microwell strips are stored at 2 - 8°C in the dark.
- j. Read absorbance of each microwell on a spectro-photometer using 450 nm as the primary wave length (optionally 620 nm as the reference wave length; 610 nm to 650 nm is acceptable). Blank the plate reader according to the manufacturer's instructions by using the

blank wells. Determine the absorbance of both the samples and the human IL-2 standards.

## 11 Calculation of Results

- Calculate the average absorbance values for each set of duplicate standards and samples. Duplicates should be within 20 per cent of the mean.
- Create a standard curve by plotting the mean absorbance for each standard concentration on the ordinate against the human IL-2 concentration on the abscissa. Draw a best fit curve through the points of the graph.
- To determine the concentration of circulating human IL-2 for each sample, first find the mean absorbance value on the ordinate and extend a horizontal line to the standard curve. At the point of intersection, extend a vertical line to the abscissa and read the corresponding human IL-2 concentration.
- **\*Samples have been diluted 1:2, thus the concentration read from the standard curve must be multiplied by the dilution factor (x 2).**
- It is suggested that each testing facility establishes a control sample of known human IL-2 concentration and runs this additional control with each assay. If the values obtained are not within the expected range of the control, the assay results may be invalid.
- A representative standard curve is shown in Figure 1. This curve cannot be used to derive test results. Every laboratory must prepare a standard curve for each group of microwell strips assayed.

\* N.B: There is a common dilution factor for samples due to the conjugate which must then be included in the calculation. The samples contribute 100 µl to the final volume per well. These 100 µl are composed of 50 µl of sample diluent plus 50 µl of the sample. This is a 1:2 dilution.

The remaining 50 µl to give 150 µl are due to the addition of 50 µl conjugate to all wells.

50 µl sample diluent and 50 µl conjugate results in 100 µl reconstitution volume, addition of 50 µl sample (50 µl + 50 µl = 1:2 dilution)

Figure 1

Representative standard curve for human IL-2 Instant ELISA. Human IL-2 was diluted in serial 2-fold steps in Sample Diluent, each symbol represents the mean of 3 parallel titrations.

Do not use this standard curve to derive test results. A standard curve must be run for each group of microwell strips assayed.




Table 2

Typical data using the human IL-2 INSTANT ELISA

Measuring wavelength: 450 nm

Reference wavelength: 620 nm

Standard	human IL-2 Concentration (pg/ml)	O.D. (450 nm)	O.D. Mean	C.V. (%)
1	1200	2.166	2.147	1.3
	1200	2.127		
2	600	1.500	1.500	0.0
	600	1.499		
3	300	0.829	0.813	3.0
	300	0.795		
4	150	0.449	0.435	4.9
	150	0.419		
5	75	0.277	0.270	3.9
	75	0.262		
6	38	0.197	0.197	0.0
	38	0.197		
7	19	0.114	0.115	0.6
	19	0.115		
Blank	0	0.058	0.056	
	0	0.053		

## 12 Limitations

- Since exact conditions may vary from assay to assay, a standard curve must be established for every run.
- Bacterial or fungal contamination of either screen samples or reagents or cross-contamination between reagents may cause erroneous results.
- Disposable pipette tips, flasks or glassware are preferred, reusable glassware must be washed and thoroughly rinsed of all detergents before use.
- Improper or insufficient washing at any stage of the procedure will result in either false positive or false negative results. Empty wells completely before dispensing fresh wash solution, fill with Wash Buffer as indicated for each wash cycle and do not allow wells to sit uncovered or dry for extended periods.

## **13 Performance Characteristics**

### **13.1 Sensitivity**

The limit of detection of human IL-2 defined as the analyte concentration resulting in an absorbance significantly higher than that of the dilution medium (mean plus 2 standard deviations) was determined to be 2.3 pg/ml (mean of 6 independent assays).

### **13.2 Reproducibility**

#### **13.2.1 Intra-assay**

Reproducibility within the assay was evaluated in 3 independent experiments. Each assay was carried out with 6 replicates of 7 serum samples containing different concentrations of human IL-2. 2 standard curves were run on each plate. Data below show the mean human IL-2 concentration and the coefficient of variation for each sample (see Table 3). The calculated overall intra-assay coefficient of variation was 5.8%.

Table 3

The Mean human IL-2 concentration and the coefficient of variation for each sample.

Positive Sample	Experiment	human IL-2 Concentration (pg/ml)	Coefficient of Variation (%)
1	1	2218	7
	2	2804	8
	3	2441	7
2	1	953	4
	2	1011	9
	3	1071	9
3	1	458	4
	2	506	6
	3	496	3
4	1	2406	3
	2	3036	4
	3	2700	5
5	1	1043	4
	2	1147	10
	3	1229	10
6	1	444	7
	2	458	10
	3	483	7
7	1	202	4
	2	212	11
	3	222	10

### 13.2.2 Inter-assay

Assay to assay reproducibility within one laboratory was evaluated in 3 independent experiments by 3 technicians. Each assay was carried out with 6 replicates of 7 serum samples containing different concentrations of human IL-2. 2 standard curves were run on each plate. Data below (see Table 4) show the mean human IL-2 concentration and the coefficient of variation calculated on 18 determinations of each sample. The calculated overall coefficient of variation was 7.4%.

Table 4

The mean human IL-2 concentration and the coefficient of variation calculated on 18 determinations of each sample.

Sample	human IL-2 Concentration (pg/ml)	Coefficient of Variation (%)
1	2488	11.9
2	1012	5.8
3	487	5.3
4	2714	11.6
5	1139	8.2
6	462	4.2
7	212	4.9

### 13.3 Spike Recovery

The spike recovery was evaluated by spiking 4 levels of human IL-2 into pooled normal human serum. Recoveries were determined in 3 independent experiments with 6 replicates each. The unspiked serum was used as blank in these experiments. Average recovery ranged from 77% to 103% with an overall mean recovery of 86%.

### 13.4 Dilution Parallelism

4 serum samples with different levels of human IL-2 were analysed at serial 2 fold dilutions with 4 replicates each. The recovery ranged between 76% and 111% with an overall recovery of 94% (see Table 5).

Table 5

Sample	Dilution	Human IL-2 Concentration (pg/ml)		% Recovery of Exp. Val.
		Expected Value	Observed Value	
1	1:2	--	3690	--
	1:4	1845	1585	86
	1:8	923	854	93
2	1:2	--	4126	--
	1:4	2063	1561	76
	1:8	1032	844	82
3	1:2	--	3868	--
	1:4	1934	1977	102
	1:8	967	923	95
4	1:2	--	3161	--
	1:4	1580	1755	111
	1:8	790	824	104

### 13.5 Sample Stability

#### 13.5.1 Freeze-Thaw Stability

Aliquots of serum samples (unspiked or spiked) were stored at -20°C and thawed 5 times, and the human IL-2 levels determined. There was no significant loss of human IL-2 immunoreactivity by freezing and thawing.

#### 13.5.2 Storage Stability

Aliquots of serum samples (spiked or unspiked) were stored at -20°C, 2-8°C, room temperature (RT) and at 37°C, and the human IL-2 level determined after 24 h. There was no significant loss of human IL-2 immunoreactivity during storage under above conditions.

### 13.6 Comparison of Serum and Plasma

From two individuals, serum as well as EDTA and citrate, and heparin plasma obtained at the same time point were evaluated. Human IL-2

concentrations were not significantly different and therefore all these body fluids are suitable for the assay. It is nevertheless highly recommended to assure the uniformity of blood preparations.

### **13.7 Specificity**

To define the specificity of this ELISA several proteins were tested for cross reactivity. There was no cross reactivity observed.

### **13.8 Expected Values**

A panel of randomly selected human sera was tested for human IL-2. There are no detectable human IL-2 levels found in healthy blood donors. Elevated human IL-2 levels depend on the type of immunological disorder and the severity of disease.

### **13.9 Calibration**

The immunoassay is calibrated with highly purified recombinant human IL-2 which has been evaluated against the international Reference Standard NIBSC 86/504 and has been shown to be equivalent. NIBSC 86/504 is quantitated in International Units (IU), 1IU corresponding to 76 pg human IL-2.

## 14 Bibliography

- 1) Cornaby et al. (1988). *Transpl. Proc.* 20 (Suppl. 1), 108.
- 2) Froher et al. (1988). *New Eng. J. Med.* 318, 1206.
- 3) Gressler et al. (1988). *Blood* 72, 1048.
- 4) Henney et al. (1981). *Nature* 291, 335.
- 5) Holbrook et al. (1984). *Proc. Natl. Acad. Sci.* 81, 1634.
- 6) Kirkman et al. (1985). *J. Exp. Med.* 162, 358.
- 7) Murakawa et al. (1985). *J. Immunol.* 134, 187.
- 8) Naldini et al. (1987). *J. Immunol.* 139, 1880.
- 9) Phadke et al. (1986). *J. Immunol.* 136, 4085.
- 10) Reem et al. (1984). *Science* 225, 429.
- 11) Seigel et al. (1984). *Science* 223, 175.
- 12) Smith. (1988). *Science* 240, 1169.
- 13) Smith. (1993). *Blood* 81, 1414.
- 14) Swain et al. (1991). *Current Opinion Immunol.* 3, 304.
- 15) Sykora et al. (1984). *Cancer Invest.* 2, 261.
- 16) Taniguchi et al. (1983). *Nature* 302, 305.
- 17) Tigges et al. (1989). *Science* 243, 781.
- 18) Williams et al. (1991). *Hematol. Pathol.* 5, 45.

For literature update refer to [www.bendermedsystems.com/44.html](http://www.bendermedsystems.com/44.html)

## 15 Ordering Information

For orders please contact:

### **Europe-Headquarters**

Bender MedSystems GmbH  
Campus Vienna Biocenter 2  
A-1030 Vienna, Austria, Europe  
phone: +43 1 796 40 40 ext. 114  
fax: +43 1 796 40 40 ext. 400  
e-mail: [order@bendermedsystems.com](mailto:order@bendermedsystems.com)

### **USA**

Bender MedSystems, Inc.  
849 Hinckley Road  
Burlingame, CA 94010, USA  
toll-free phone: +1 (866) 952 2112  
toll-free fax: +1 (877) 952 2112  
phone: +1 (650) 952 2112  
fax: +1 (650) 952 2252

For technical information please contact:

e-mail: [techserv@bendermedsystems.com](mailto:techserv@bendermedsystems.com)  
**[www.bendermedsystems.com](http://www.bendermedsystems.com)**

**Cat.No. BMS221INSTCE human IL-2 INSTANT ELISA**

## **16 Reagent Preparation Summary**

### **16.1 Wash Buffer**

Add **Wash Buffer Concentrate** 20 x (25 ml) to 475 ml distilled water

### **16.2 Controls**

Solubilize by adding 800  $\mu$ l distilled water to lyophilized control.

## 17 Test Protocol Summary

- Place standard strips in position A1/A2 to H1/H2.
- Add 100 µl **distilled water** to sample wells.
- Add **distilled water**, in duplicate, to all standard and blank wells as indicated on the label of the standard strips.
- Add 50 µl **Sample** to designated wells.
- Cover microwell strips and incubate 3 hours at room temperature (18° to 25°C) if available on a microplate shaker at 200 rpm.
- Empty and wash microwell strips 6 times with 400 µl **Wash Buffer**.
- Add 100 µl of **TMB Substrate Solution** to all wells including blank wells.
- Incubate the microwell strips for about 10 minutes at room temperature (18° to 25°C).
- Add 100 µl **Stop Solution** to all wells including blank wells.
- Blank microwell reader and measure colour intensity at 450 nm.

**Note: Samples have been diluted 1:2, thus the concentration read from the standard curve must be multiplied by the dilution factor (x 2).**



# PRODUKTINFORMATION UND HANDBUCH (Deutsch)

## 1 Mitgelieferte Reagenzien

- 1 Aluminiumbeutel mit Mikrotiterplatte, beschichtet mit monoklonalem Antikörper (von der Maus) gegen humanes IL-2, Biotin-Konjugat (polyklonaler Anti-IL-2 Antikörper), Streptavidin-HRP und Verdünnungslösung, lyophilisiert.
- 2 Aluminiumbeutel mit einer human IL-2-Standardkurve (farbig)
- 1 Flasche (25 ml) Waschpufferkonzentrat 20x (PBS mit 1% Tween 20)
- 1 Fläschchen (15 ml) Substratlösung (Tetramethylbenzidin)
- 1 Fläschchen (12 ml) Verdünnungslösung (Verwendung zur Vorverdünnung von Proben)
- 1 Fläschchen (15 ml) Stopplösung (1 M Phosphorsäure)
- 1 Fläschchen lyophilisierte Kontrolle niedrig
- 1 Fläschchen lyophilisierte Kontrolle hoch
- 2 Klebefolien

## 2 Sicherheitsvorkehrungen für den Gebrauch

- Alle enthaltenen Reagenzien sollten als potenziell gefährlich betrachtet werden. Daher wird empfohlen, dass dieses Produkt nur von Personen mit labortechnischer Erfahrung und in Übereinstimmung mit GLP Richtlinien verwendet wird. Passende Schutzbekleidung, wie Labormäntel, Sicherheitsbrillen und Laborhandschuhe müssen getragen werden. Vermeiden Sie jeden Kontakt der Reagenzien mit Haut oder Augen. Im Falle des Kontaktes von Reagenzien mit Haut oder Augen, sofort mit Wasser spülen. Bitte entnehmen Sie weitere spezifische Hinweise den Sicherheitsdatenblättern und/oder den Sicherheitsbestimmungen.
- Die Reagenzien sind ausschließlich für Diagnosezwecke bestimmt und nicht für den Einsatz bei Therapien.
- Reagenzien aus verschiedenen Chargen oder anderer Herkunft nicht mischen oder untereinander austauschen.
- Verwenden Sie die Kitreagenzien nicht nach dem Ablaufdatum (siehe Etikett).
- Setzen Sie die Kitreagenzien während der Lagerung oder Inkubation keiner starken Lichteinstrahlung aus.
- Nicht mit dem Mund pipettieren.
- In Bereichen, in denen mit Kitreagenzien oder Proben hantiert wird, nicht essen, trinken oder rauchen.
- Vermeiden Sie den Kontakt der Haut/Schleimhäute mit Kitreagenzien/Proben.
- Tragen Sie während des Hantierens mit Kitreagenzien oder Proben geeignete Gummi- oder Einweghandschuhe.
- Vermeiden Sie den Kontakt zwischen Substratlösung und Oxidationsmitteln/Metallen.
- Vermeiden Sie Spritzer oder Bildung von Aerosolen.
- Zur Vermeidung von Kontamination mit Mikroben oder Kreuzkontamination der Reagenzien oder Proben, die den Test

ungültig machen könnten, verwenden Sie Einwegpipettenspitzen und/oder Einwegpipetten.

- Verwenden Sie saubere, geeignete Reagenzgefäße für das Dispensieren von Konjugat und Substratreagenzien.
- Säureeinwirkung inaktiviert das Konjugat.
- Für die Reagenzherstellung muss destilliertes oder entionisiertes Wasser verwendet werden.
- Substratlösung muß vor der Verwendung auf Raumtemperatur gebracht werden.
- Dekontaminieren und entsorgen Sie Proben sowie alle möglicherweise kontaminierten Materialien so, als ob sie Infektionserreger enthalten könnten. Die bevorzugte Dekontaminationsmethode ist Autoklavieren für mind. eine Stunde bei 121,5°C.
- Flüssige Abfälle, die kein Säure enthalten, sowie neutralisierte Abfälle werden zur Dekontamination mit Natrium Hypochlorit versetzt (Endkonzentration von Natrium Hypochlorit 1.0%). Nach 30 min ist eine effektive Dekontamination erreicht. Flüssige Abfälle, die Säure enthalten, müssen vor der Dekontamination neutralisiert werden.

### **3 Lagerhinweise**

Lagern Sie die ELISA Platte, die Standardkurven und die Kontrollen oder den ganzen Kit bei –20°C. Die Platte, Standardkurven und Kontrollen können auch herausgenommen und bei –20°C gelagert werden, die verbleibenden Reagenzien können bei 2-8°C gelagert werden. Das Ablaufdatum des Kits und der Reagenzien ist auf den Etiketten angegeben.

Haltbarkeit des Kits und der Komponenten kann nur bei sachgemäßer Lagerung garantiert werden, sowie bei mehrfacher Verwendung nur dann, wenn die Reagenzien bei der ersten Verwendung nicht kontaminiert wurden.

## **4 Vorbereitung der Reagenzien**

### **4.1 Waschpuffer**

Sollten sich im Waschpufferkonzentrat Kristalle gebildet haben, erwärmen Sie es vorsichtig bis zur vollständigen Auflösung der Kristalle.

Leeren Sie den gesamten Inhalt (25 ml) des Waschpufferkonzentrats in einen sauberen 500-ml-Messzylinder. Füllen Sie mit destilliertem oder entionisiertem Wasser auf, bis ein Endvolumen von 500 ml erreicht ist. Vorsichtig mischen, um Schäumen zu vermeiden. Der pH-Wert der Endlösung sollte bei 7,4 liegen.

In eine saubere Waschflasche umfüllen und bei 2° bis 25 °C lagern. Bitte beachten Sie, dass der Waschpuffer 30 Tage haltbar ist.

### **4.2 Kontrollen**

Lösen Sie die Kontrollen durch Zugabe von 800 µl destilliertem Wasser auf. Mixen oder schütteln Sie die Fläschchen vorsichtig um eine vollständige Lösung zu erreichen. Verfahren Sie in der Folge mit den Kontrollen analog zu den Proben. Der Kontrollbereich ist am Analysenzertifikat oder am Flaschenetikett angegeben. Lagern Sie die Kontrollen aliquotiert bei -20 °C. Vermeiden Sie wiederholtes Frieren und Tauen.

## 5 Testprotokoll

- **Verwenden Sie die Platte sofort nach Entnahme von -20°C!**
  - **Warten Sie mit dem Auftragen der Proben nicht bis zur vollständigen Auflösung der Lyophilisate – die Bindereaktion in den Standardstreifen beginnt sofort nach Beigabe von Wasser!**
  - **Versuchen Sie nicht, die Lyophilisate mittels Auf- und Abpipettieren in den Vertiefungen aufzulösen – Teile des Lyophilisats könnten dabei an der Spitze hängen bleiben und starke Abweichungen der Ergebnisse bewirken.**
  - **Führen Sie den Waschschrift mit mind. 400 µl Waschpuffer durch wie in der Anleitung beschrieben, oder füllen Sie die Vertiefungen vollständig – andernfalls werden allfällige Lyophilisatrückstände am Rand der Vertiefung nicht entfernt und bewirken starke Abweichungen der Ergebnisse.**
  - **Entfernen Sie die Abdeckungen der Standardstreifen vorsichtig, sodass alle Lyophilisate in den Vertiefungen bleiben.**
- a. Bestimmen Sie die Anzahl der **Mikrowellstreifen** die für das Testen der gewünschten Anzahl von Proben benötigt werden sowie die **Mikrowellstreifen** für Blindproben und Standards (**farbig**). Probe, Standard, Blindprobe und optionale Kontrollprobe immer jeweils doppelt testen. Entfernen Sie die zusätzlichen **Mikrowellstreifen** von der Halterung und bewahren Sie diese mit dem mitgelieferten Trockenmittel in dem Folienbeutel fest verschlossen bei -20°C auf. Bringen Sie die Mikrowellstreifen mit der Standardkurve in Position A1/A2 bis H1/H2 (siehe Table 6).
- b. Pipettieren Sie in alle Probenvertiefungen 100 µl destilliertes Wasser.
- c. Pipettieren Sie destilliertes Wasser in alle Standardvertiefungen und Blindprobenvertiefungen wie auf dem Etikett der Standardstreifen angegeben (A1, A2 bis H1, H2).

Table 6

Diagramm mit Beispiel für die Anordnung von Blindproben, Standards und Proben in den Mikrowellstreifen:

	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>A</b>	Standard 1 (1200 pg/ml)	Standard 1 (1200 pg/ml)	Probe 1	Probe 1
<b>B</b>	Standard 2 (600 pg/ml)	Standard 2 (600 pg/ml)	Probe 2	Probe 2
<b>C</b>	Standard 3 (300 pg/ml)	Standard 3 (300 pg/ml)	Probe 3	Probe 3
<b>D</b>	Standard 4 (150 pg/ml)	Standard 4 (150 pg/ml)	Probe 4	Probe 4
<b>E</b>	Standard 5 (75 pg/ml)	Standard 5 (75 pg/ml)	Probe 5	Probe 5
<b>F</b>	Standard 6 (38 pg/ml)	Standard 6 (38 pg/ml)	Probe 6	Probe 6
<b>G</b>	Standard 7 (19 pg/ml)	Standard 7 (19 pg/ml)	Probe 7	Probe 7
<b>H</b>	Blindprobe	Blindprobe	Probe 8	Probe 8

- d. Pipettieren Sie je **50 µl von jeder Probe** (Doppelbestimmung) in die Probenvertiefungen und mischen Sie den Inhalt durch.
- e. Mit einer **Klebefolie** abdecken und bei Raumtemperatur (18° bis 25 °C) für 3 Stunden inkubieren, wenn möglich auf einem Schüttler bei 200 U/min.
- f. Entfernen Sie die **Klebefolie** und entleeren Sie die Vertiefungen  
Waschen Sie die Mikrowellstreifen 6 mal mit ca. **400 µl Waschpuffer** pro Vertiefung; zwischen den Waschgängen den Inhalt der Vertiefungen gründlich absaugen. Achten Sie darauf, die Oberfläche der Vertiefungen nicht zu zerkratzen.

- g. Leeren Sie die Vertiefungen nach dem letzten Waschschrift und klopfen Sie die Mikrowellstreifen auf einem Saug- oder Papiertuch aus, um überschüssigen Waschpuffer zu entfernen. Verwenden Sie die Mikrowellstreifen sofort nach dem Waschen, oder legen Sie diese für maximal 15 Minuten umgedreht auf ein nasses Saugtuch. Lassen Sie die Vertiefungen nicht austrocknen
- h. Pipettieren Sie in alle Vertiefungen, einschließlich der Blindprobenvertiefungen, 100  $\mu$ l **TMB-Substratlösung**.
- i. Inkubieren Sie die Mikrowellstreifen bei Raumtemperatur (18° bis 25°C) für ca. 10 Minuten. Vermeiden Sie direkte, starke Lichteinstrahlung. Die Farbentwicklung innerhalb der einzelnen Vertiefungen muss beobachtet und die Substratreaktion gestoppt werden, bevor die gefärbten wells nicht mehr richtig gemessen können. Es wird empfohlen, die Stopplösung zuzugeben, wenn der höchste Standardpunkt eine dunkelblaue Farbe angenommen hat. Alternativ kann die Farbentwicklung auch mit einem Photometer bei 620 nm verfolgt werden. Die Substratreaktion sollte gestoppt werden, wenn der höchste Standardpunkt eine OD von 0,6-0,65 erreicht.
- j. Stoppen Sie die Enzymreaktion durch rasches Pipettieren von 100  $\mu$ l Stopplösung in jede Vertiefung, einschließlich der Blindprobenvertiefungen. Für eine vollständige Inaktivierung der Enzyme ist es wichtig, die Stopplösung rasch und gleichmäßig in die Vertiefungen zu verteilen. Die OD Werte müssen sofort nach Beigabe der Stopplösung oder innerhalb einer Stunde nach Lagerung der Mikrowellstreifen in Dunkelheit bei 2-8°C gemessen werden.
- k. Messen Sie die Absorption jeder Vertiefung mit einem Spektrophotometer, verwenden Sie dabei 450 nm als primäre Wellenlänge (optional 620 nm als Referenzwellenlänge; 610 nm bis 650 nm sind möglich). Stellen Sie das Plattenmessgerät nach Anleitung des Herstellers und unter Verwendung der Blindprobenvertiefungen auf den Leerwert ein Bestimmen Sie die Absorption der Proben wie auch der human IL-2-Standards.

# INFORMACIÓN Y MANUAL DEL PRODUCTO (Español)

## 1 Reactivos Suministrados

- 1 bolsa de aluminio con una placa de pocillos recubiertos con anticuerpos monoclonales (murinos) anti-IL-2 humano, diluyente para muestras y conjugado biotín, Streptavidin-HRP [anticuerpos policlonales anti-IL-2], liofilizado
- 2 bolsas de aluminio con una curva de valoración human IL-2 (en color)
- 1 frasco (25 ml) de concentrado de tampón de lavado 20x (PBS con Tween 20 al 1%)\*
- 1 vial (15 ml) de solución de sustrato (tetrametil-bencidina)
- 1 vial (12 ml) de diluyente de muestras
- 1 vial (15 ml) de solución de parada (ácido fosfórico 1M)
- 1 vial liofilizado de control bajo
- 1 vial liofilizado de control alto
- 2 tapas para placas, adhesives

## 2 Instrucciones de Conservación

Conservar la placa de ELISA o el kit completo a  $-20^{\circ}\text{C}$ . También se puede sacar la placa para conservarla a  $-20^{\circ}\text{C}$  y conservar los demás reactivos del kit a una temperatura comprendida entre  $2$  y  $8^{\circ}\text{C}$ . En las etiquetas figuran las fechas de caducidad del kit y de los reactivos. Sólo se podrá garantizar la fecha de caducidad de los componentes del *kit* si se conservan adecuadamente y, en caso de uso reiterado de un mismo componente, si el reactivo no queda contaminado en la primera manipulación.

### **3 Preparación de los Reactivos**

#### **3.1 Tampón de lavado**

Si en el concentrado de tampón de lavado se han formado cristales, caliente suavemente hasta su completa disolución.

Vierta todo el contenido (25 ml) del Concentrado de tampón de lavado en un matraz aforado de 500 ml limpio. Enrase en matraz con agua destilada o desionizada. Mezcle suavemente para evitar la formación de espuma. Ajuste el pH de la solución final a 7,4.

Transfiera la solución a un frasco de lavado limpio y consérvela a una temperatura entre 2 °C y 25 °C. El Tampón de lavado permanece estable durante 30 días.

#### **3.2 Control**

Solubilizar añadiendo 800 µl de agua destilada al control liofilizado. Vortear concienzudamente para asegurar una solubilización homogénea y completa. A partir de aquí, tratar el control de la misma forma que las muestras. El rango del control viene indicado en el certificado de calidad y en la etiqueta del vial.

#### 4 Protocolo de Ensayo

- **Utilice la placa inmediatamente después de extraerla del congelador a -20 °C**
  - **Al aplicar las muestras, no espere a la disolución total de las microcápsulas ya que la reacción de unión a las tiras de patrón se inicia inmediatamente después de añadir el agua.**
  - **No intente disolver las microcápsulas pipeteando por los pocillos ya que algunas partes de las microcápsulas podrían quedar adheridas a la punta y alterar considerablemente los resultados**
  - **En la etapa de lavado, emplee al menos 400 µl de tampón de lavado como se indica en el manual o llene los pocillos totalmente ya que, de lo contrario, podrían quedar restos de microcápsulas en los bordes de los pocillos que alterarían considerablemente los resultados**
  - **Retire las tapas de las tiras de patrón con cuidado para que todas las microcápsulas liofilizadas permanezcan en los pocillos**
- a. Determine el número de tiras necesarias para analizar el número deseado de muestras y además añada las **tiras** para blancos y patrones (**de color**). Todas las muestras, patrones, blancos y las posibles muestras de control deben ser analizadas por duplicado. Retire del soporte las **tiras** sobrantes y consérvelas, junto con el desecante suministrado en una bolsa metalizada y cerrada herméticamente, a una temperatura de -20° C. Coloque las tiras que contienen la curva de valoración en las posiciones A1/A2 a H1/H2 (véase la Table 7).
  - b. Añada 100 µl de agua destilada a los pocillos con muestras.
  - c. Añada agua destilada a los pocillos del patrón y del blanco como se indica en la etiqueta de las tiras de patrón (A1, A2 a H1, H2).
  - d. Por duplicado, añada 50 µl de cada **muestra** a los pocillos designados y mezcle los contenidos.

Table 7

	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>A</b>	Patrón 1 (1200 pg/ml)	Patrón 1 (1200 pg/ml)	Muestra 1	Muestra 1
<b>B</b>	Patrón 2 (600 pg/ml)	Patrón 2 (600 pg/ml)	Muestra 2	Muestra 2
<b>C</b>	Patrón 3 (300 pg/ml)	Patrón 3 (300 pg/ml)	Muestra 3	Muestra 3
<b>D</b>	Patrón 4 (150 pg/ml)	Patrón 4 (150 pg/ml)	Muestra 4	Muestra 4
<b>E</b>	Patrón 5 (75 pg/ml)	Patrón 5 (75 pg/ml)	Muestra 5	Muestra 5
<b>F</b>	Patrón 6 (38 pg/ml)	Patrón 6 (38 pg/ml)	Muestra 6	Muestra 6
<b>G</b>	Patrón 7 (19 pg/ml)	Patrón 7 (19 pg/ml)	Muestra 7	Muestra 7
<b>H</b>	blanco	blanco	Muestra 8	Muestra 8

- e. Cubra la **placa con una tapa** e incúbela a temperatura ambiente (18°C - 25°C) durante 3 horas (en un agitador mecánico a 200 rpm, si es posible).
- f. Retire la **tapa** y vacíe los pocillos. Lave 6 veces las tiras con aproximadamente 400 µl de tampón de lavado por cada pocillo, aspirando completamente el contenido de los pocillos entre cada lavado. Evite rayar la superficie de los pocillos.
- g. Tras el último lavado, golpee suavemente las tiras contra un papel absorbente o una toallita de papel para eliminar el exceso de tampón de lavado. Utilice las tiras inmediatamente después de lavadas o bien colóquelas boca abajo sobre un papel absorbente húmedo durante como máximo 15 minutos. No deje secar los pocillos.

- h. Pipetee 100  $\mu$ l de **solución de sustrato TMB** y viértalos en todos los pocillos, incluidos los del blanco.
- i. Incube las tiras a temperatura ambiente (18 °C - 25 °C) durante aproximadamente 10 minutos. Evite la exposición directa a la luz intensa. **Deben monitorizarse los valores DO de la placa para detener la reacción del sustrato antes de que deje de ser posible registrar correctamente los pocillos positivos.**  
Se recomienda añadir la solución de parada cuando el estándar más alto presente un color azul oscuro. Alternativamente el desarrollo de color puede ser monitorizado con un lector de placas de ELISA a 620 nm. La reacción del sustrato debería ser parada cuando este estándar alcance una OD entre 0.6 y 0.65.
- j. Detenga la reacción enzimática pipeteando rápidamente 100  $\mu$ l de **solución de parada** en cada pocillo, incluidos los del blanco. Es importante dispensar la solución de parada de forma rápida y uniforme en todos los pocillos para inactivar totalmente la enzima. Los resultados deben leerse inmediatamente después de añadir la solución de parada o, como máximo, en el plazo de 1 hora si las tiras se conservan a una temperatura entre 2 - 8 °C en un lugar oscuro.
- k. Lea la absorbancia de cada pocillo en un espectrofotómetro utilizando 450 nm como longitud de onda principal (opcionalmente 620 nm como longitud de onda de referencia; los valores comprendidos entre 610 nm y 650 nm son aceptables). Utilizando los pocillos de blanco, haga el blanco del lector de placas de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Determine la absorbancia de las muestras y de los patrones human IL-2.

# INFORMATIONS SUR LE PRODUIT ET MANUEL (Français)

## 1 Réactifs Fournis

- 1 pochette en aluminium contenant une plaque de microtitration recouverte d'anticorps monoclonaux (murins) anti-IL-2 humaine, un diluant d'échantillon et le conjugué biotin, (anticorps polyclonaux anti-IL-2), Streptavidine-HRP, lyophilisés
- 2 pochettes en aluminium contenant une courbe étalon human IL-2 (colorée)
- 1 flacon (25 ml) de tampon de lavage concentré 20 x (tampon phosphate avec du Tween 20 1%)
- 1 flacon (15 ml) de solution de substrat (tétraméthyle-benzidine)
- 1 flacon (12 ml) de diluant d'échantillon
- 2 flacon (15 ml) de solution d'arrêt (acide phosphorique 1 M)
- 1 flacon de contrôle lyophilisé basse
- 1 flacon de contrôle lyophilisé haut
- 2 Couvre-plaques adhésifs

## **2 Préparation des Réactifs**

### **2.1 Tampon de lavage**

Si des cristaux se sont formés dans le concentré de Tampon de lavage, chauffer doucement ce dernier jusqu'à leur dissolution totale.

Verser tout le contenu (25 ml) du Concentré de Tampon de lavage dans un cylindre gradué propre de 500 ml. Porter le volume final à 500 ml avec de l'eau distillée dans un alambic en verre ou désionisée.

Mélanger doucement pour éviter la formation de mousse. Le pH de la solution finale doit être de 7.4.

Transférer le tout dans une bouteille de lavage et conserver à une température comprise entre 2° et 25°C. Noter que le Tampon de lavage reste stable pendant 30 jours.

### **2.2 Contrôle**

Solubiliser en ajoutant 800 µl d'eau distillée au contrôle lyophilisé. Agiter doucement jusqu'à complète et homogène dissolution. Traiter ensuite le contrôle comme les échantillons dans le test. Pour la gamme étalon vous référer au certificat d'analyse ou l'étiquette de l'ampoule.

### 3 Protocole de Test

- **Utiliser la plaque immédiatement après son retrait d'un environnement à -20 °C !**
  - **Ne pas attendre que les pastilles soient complètement dissoutes pour appliquer les échantillons. La réaction de liaison dans les barrettes étalons commence immédiatement après l'ajout d'eau !**
  - **Ne pas essayer de dissoudre les pastilles en pipetant de haut en bas dans les puits. Certains fragments des pastilles pourraient se coller à l'embout et induire une forte variation des résultats.**
  - **Procéder à l'étape de lavage avec au moins 400 µl de tampon de lavage comme indiqué dans le manuel ou remplir complètement les puits. Dans le cas contraire, tous les résidus de pastilles collés au bord du puits ne seraient pas éliminés et entraîneraient une forte variation des résultats**
  - **Retirer délicatement les couvre-plaques des barrettes étalons de manière à ce que toutes les pastilles lyophilisées restent dans les puits**
- a. Déterminer le nombre de barrettes de puits de microtitration nécessaires pour tester le nombre voulu d'échantillons plus les **barrettes** nécessaires aux blancs et aux étalons (**colorés**). Chaque échantillon, étalon, blanc et contrôle (facultatif) doit être testé en double. Retirer les **barrettes de microtitration** inutiles du support et les stocker à -20°C dans une pochette hermétiquement refermée, avec le dessiccatif fourni. Placer les barrettes de puits de microtitration contenant la courbe étalon en position A1/A2 à H1/H2 (voir la Table 8).
- b. Ajouter 100 µl d'eau distillée dans les puits d'échantillon.
- c. Ajouter de l'eau distillée comme indiqué sur l'étiquette à tous les puits de standard et "blank" (A1, A2 à H1, H2)

Table 8

	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>A</b>	Étalon 1 (1200 pg/ml)	Étalon 1 (1200 pg/ml)	Échantillon 1	Échantillon 1
<b>B</b>	Étalon 2 (600 pg/ml)	Étalon 2 (600 pg/ml)	Échantillon 2	Échantillon 2
<b>C</b>	Étalon 3 (300 pg/ml)	Étalon 3 (300 pg/ml)	Échantillon 3	Échantillon 3
<b>D</b>	Étalon 4 (150 pg/ml)	Étalon 4 (150 pg/ml)	Échantillon 4	Échantillon 4
<b>E</b>	Étalon 5 (75 pg/ml)	Étalon 5 (75 pg/ml)	Échantillon 5	Échantillon 5
<b>F</b>	Étalon 6 (38 pg/ml)	Étalon 6 (38 pg/ml)	Échantillon 6	Échantillon 6
<b>G</b>	Étalon 7 (19 pg/ml)	Étalon 7 (19 pg/ml)	Échantillon 7	Échantillon 7
<b>H</b>	Blind Échantillon	Blind Échantillon	Échantillon 8	Échantillon 8

- d. Ajouter 50 µl de chaque **échantillon**, en double, dans les puits assignés et mélanger le contenu.
- e. Recouvrir avec un **couvre-plaque** et incuber à température ambiante (entre 18 et 25 °C) pendant 3 heures, si possible sur un agitateur rotateur réglé à 200 tr/min.
- f. Retirer le **couvre-plaque** et vider les puits. Laver 6 fois les barrettes de puits de microtitration avec environ 400 µl de tampon de lavage pour chaque puits, en aspirant complètement le contenu des puits entre les lavages. Veiller à ne pas rayer la surface des puits de microtitration.
- g. Après le dernier lavage, vider les barrettes de puits et les tapoter sur un tampon absorbant ou une serviette en papier pour éliminer l'excès

de tampon de lavage. Utiliser les barrettes de micropuits immédiatement après le lavage ou les placer renversées sur un papier absorbant pendant 15 minutes au maximum. Ne pas laisser sécher les puits.

- h. Pipeter 100 µl de **solution de substrat TMB** dans chaque puits, y compris les puits de blanc.
- g. Incuber les puits de microtitration à température ambiante (entre 18 et 25 C) pendant environ 10 minutes. Éviter toute exposition directe à une source de lumière intense.

**Les valeurs de densité optique au niveau de la plaque doivent être surveillées et la réaction du substrat stoppée avant que les puits positifs ne soient plus correctement mesurables.**

- i. Il est recommandé d'ajouter la solution stop quand une couleur bleu sombre s'est développée dans le point le plus haut de la gamme standard. Une autre alternative consiste à suivre le développement de la couleur en lecteur ELISA à 620 nm. La réaction du substrat doit être arrêtée dès que la DO atteint 0.6 à 0.65
- j. Arrêter la réaction enzymatique en pipetant rapidement 100 µl de **solution d'arrêt** dans chaque puits, y compris les puits de blanc. Il est important que la solution d'arrêt soit répandue rapidement et uniformément dans les puits pour inactiver complètement l'enzyme. Les résultats doivent être lus immédiatement après l'ajout de la solution d'arrêt ou dans l'heure qui suit si les barrettes de microtitration sont conservées à l'obscurité entre 2 et 8 °C.
- k. Lire l'absorbance de chaque puits sur un spectrophotomètre avec 450 nm comme longueur d'onde primaire (éventuellement 620 nm comme longueur d'onde de référence; 610 à 650 nm sont acceptables). Mesurer le blanc du lecteur de plaque conformément aux instructions du fabricant, en utilisant les puits de blanc. Déterminer l'absorbance des échantillons et des étalons human IL-2.

# INFORMAZIONI SUL PRODOTTO E MANUALE (italiano)

## 1 Reagenti Forniti

- 1 bustina di alluminio contenente una piastra micropozzetti rivestita con anticorpo monoclonale (murino) anti IL-2 umano, diluente campione e Biotin-coniugato (anticorpo polyclonale anti-IL-2), Streptavidin-HRP, liofilizzato
- 2 bustine di alluminio ognuna con una curva degli étalon human IL-2 (colorata)
- 1 bottiglia (25 ml) con tampone di lavaggio concentrato 20x (soluzione salina tamponata con 1% Tween 20)\*
- 1 flaconcino (15 ml) di soluzione del substrato (tetrametilbenzidina)
- 1 flaconcino (12 ml) con diluente campione
- 1 flaconcino (15 ml) di soluzione bloccante (acido fosforico 1M)
- 1 flaconcino di Controllo liofilizzato basso
- 1 flaconcino di Controllo liofilizzato alto
- 2 copripietra adesivi

## **2 Istruzioni di Conservazione**

Conservare la piastra ELISA e tutto il kit a  $-20^{\circ}\text{C}$ . È possibile rimuovere la piastra e conservarla a  $-20^{\circ}\text{C}$ , mentre i rimanenti reagenti del kit devono essere conservati tra  $2^{\circ}$  e  $8^{\circ}\text{C}$ . La scadenza del kit e dei reagenti è indicata sulle etichette.

La data di scadenza dei componenti del kit può essere garantita solo se questi sono conservati correttamente e, in caso di uso ripetuto di un componente, il reagente non è stato contaminato durante la prima manipolazione.

### **3 Preparazione Dei Reagenti**

#### **3.1 Tampone di lavaggio**

Se il tampone di lavaggio concentrato presenta cristalli in sospensione, riscaldare lievemente il tampone fino a ottenere la completa dissoluzione dei cristalli.

Versare l'intero contenuto (25 ml) del tampone di lavaggio concentrato in un cilindro graduato pulito da 500 ml. Portare il volume finale a 500 ml utilizzando acqua distillata o acqua deionizzata. Mescolare delicatamente per evitare la formazione di schiuma. Il pH della soluzione finale si deve regolare a 7,4.

Trasferire il prodotto in una bottiglia pulita e conservare a temperature comprese fra 2 °C e 25 °C. Il tampone di lavaggio è stabile per 30 giorni.

#### **3.2 Controllo**

Solubilizzare aggiungendo 800 µl di acqua distillata al controllo liofilizzato. Agitare o mescolare delicatamente per assicurare una solubilizzazione completa ed omogenea. In seguito considerare il controllo allo stesso modo dei campioni del dosaggio. Per il range dei valori del controllo si rimanda al certificato di analisi o all'etichetta presente sulla fiala.

#### 4 Procedura del Test

- ~ Usare la piastra immediatamente dopo la rimozione dall'ambiente refrigerato a  $-20^{\circ}\text{C}$ !
  - ~ Non attendere la completa dissoluzione dei pellet prima di usare i campioni; la reazione di legame nelle strip degli étalon inizia immediatamente dopo l'aggiunta di acqua!
  - ~ Non cercare di dissolvere i pellet pipettando su e giù nei pozzetti; particelle del pellet possono aderire al puntale determinando una notevole variabilità dei risultati.
  - ~ Eseguire la fase di lavaggio con almeno  $400\ \mu\text{l}$  di tampone di lavaggio come indicato nel manuale o riempire completamente i pozzetti; in caso contrario non sarà possibile rimuovere tutti i residui del pellet adesi al bordo del pozzetto, determinando una notevole variabilità dei risultati.
  - ~ Rimuovere con cautela i fogli protettivi delle strip degli étalon per lasciare tutti i pellet liofilizzati nei pozzetti.
- a. Stabilire il numero di strip dei micropozzetti necessarie per analizzare la quantità desiderata di campioni più le **strip** per i blank e gli étalon (**colorate**). Tutti i campioni, gli étalon, il blank e i campioni di controllo opzionali devono essere processati in duplicato. Rimuovere dal supporto le **strip micropozzetti** non utilizzate e conservarle nella bustina metallica contenente la polvere essiccante, mantenendole a  $-20^{\circ}\text{C}$  e perfettamente sigillate. Mettere le strip contenenti la curva étalon nelle posizioni da A1/A2 a H1/H2 (vedere la Table 9).
  - b. Dispensare  $100\ \mu\text{l}$  di acqua distillata nei pozzetti dei campioni.
  - c. Dispensare acqua distillata a tutti i pozzetti per lo standard ed il bianco come indicato sull'etichetta degli standard strip (A1, A2 fino a H1, H2)

Table 9

	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>A</b>	Standard 1 (1200 pg/ml)	Standard 1 (1200 pg/ml)	Campione 1	Campione 1
<b>B</b>	Standard 2 (600 pg/ml)	Standard 2 (600 pg/ml)	Campione 2	Campione 2
<b>C</b>	Standard 3 (300 pg/ml)	Standard 3 (300 pg/ml)	Campione 3	Campione 3
<b>D</b>	Standard 4 (150 pg/ml)	Standard 4 (150 pg/ml)	Campione 4	Campione 4
<b>E</b>	Standard 5 (75 pg/ml)	Standard 5 (75 pg/ml)	Campione 5	Campione 5
<b>F</b>	Standard 6 (38 pg/ml)	Standard 6 (38 pg/ml)	Campione 6	Campione 6
<b>G</b>	Standard 7 (19 pg/ml)	Standard 7 (19 pg/ml)	Campione 7	Campione 7
<b>H</b>	Blind Campione	Blind Campione	Campione 8	Campione 8

d. Dispensare 50  $\mu$ l di ciascun **campione**, in duplicato, nei pozzetti di reazione e mescolare il contenuto.

Coprire con un **copripiastra** e incubare a temperatura ambiente

e. (18-25 °C) per 3 ore utilizzando, se disponibile, un vortex a 200 rpm.

f. Rimuovere il **copripiastra** e svuotare i pozzetti. Lavare 6 volte le strip micropozzetti utilizzando circa 400  $\mu$ l di tampone di lavaggio per pozzetto, aspirando accuratamente il contenuto dei micropozzetti tra un lavaggio e l'altro. Evitare di scalfire la superficie dei micropozzetti.

g. Dopo l'ultimo lavaggio, asciugare le strip micropozzetti con un tampone o carta assorbente per rimuovere il tampone di lavaggio in eccesso. Utilizzare le strip subito dopo il lavaggio o sistemarle

capovolte su carta assorbente umida per non più di 15 min. Non lasciar asciugare i pozzetti.

- h. Pipettare 100  $\mu$ l di **soluzione substrato TMB** in tutti i pozzetti, inclusi quelli del blank.
- i. Incubare le strip a temperatura ambiente (18-25° C) per circa 10 minuti. Evitare l'esposizione diretta a luci intense. **È necessario monitorare i valori O.D. a livello della piastra e interrompere la reazione del substrato prima che i pozzetti positivi cessino di essere appropriatamente registrabili.**  
Si raccomanda di aggiungere la soluzione di stop quando lo standard più elevato ha sviluppato un colore blu scuro.  
Alternativamente lo sviluppo del colore può essere monitorato con un lettore ELISA a 620 nm. La reazione del substrato deve essere bloccata non appena viene misurato un valore delle OD di 0.6 - 0.65.
- j. Interrompere la reazione enzimatica pipettando rapidamente 100  $\mu$ l di **soluzione bloccante** in ciascun pozzetto, inclusi i pozzetti del blank. È importante che la soluzione bloccante si diffonda rapidamente e uniformemente attraverso i micropozzetti per inattivare completamente l'enzima. I risultati devono essere letti immediatamente dopo l'aggiunta della soluzione bloccante o entro 1 ora se le strip sono conservate in un luogo buio a 2-8° C.
- k. Leggere l'assorbanza di ciascun micropozzetto su uno spettrofotometro che utilizza 450 nm come lunghezza d'onda primaria (620 nm come lunghezza d'onda di riferimento alternativa; valori da 610 nm a 650 nm sono accettabili). Azzerare il lettore della piastra secondo le istruzioni del produttore e utilizzando i pozzetti del blank. Determinare l'assorbanza sia dei campioni, sia degli étalon di human IL-2.